Samodzielny Publiczny
Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy
ul. Ks. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz
tel. centrala 52 / 58-26-200, sekretariat 52 / 58-26-205, fax: 52 / 58-26-209
e-mail: sekretariat@szpitalmsw.bydgoszcz.pl
NIP: 554-22-01-453, REGON: 092325348, ISO 9001:2000
Konto: 53 1130 1075 0002 6035 9320 0007 BGK

Bydgoszcz, dnia 21 listopada 2017 r.

Znak sprawy: ***15/2017***

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Zakup i dostawę zestawu endoskopowego".** Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 617730-N-2017 z dnia 16.11.2017 r., stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-msw.bydgoszcz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

ZAWIADOMIENIE

W związku ze złożonymi pytaniami, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień.

PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pytanie 1 (dot. załącznik nr 3a do SIWZ)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie przedmiotu zamówienia z terminem dostawy do 28 dni od daty zawarcia umowy?
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 2 (dot. załącznik nr 3a do SIWZ)
Czy Zamawiający wymaga aby wideogastroskop wyposażony był w dodatkowy kanał do spłukiwania pola zabiegowego tzw. Water-jet?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 (dot. załącznik nr 3a do SIWZ)
Czy Zamawiający wymaga aby procesor posiadał funkcję nagrywania wideo?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4 (dot. załącznik nr 3a do SIWZ)
Czy Zamawiający wymaga aby procesor posiadał funkcję jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów tej samej wielkości - z włączonym filtrem eliminującym widmo światła czerwonego oraz obrazu standardowego, na jednym monitorze operacyjnym?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5 (dot. załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 4, 5)
Dot. pkt 4 i 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie procesora obrazu z cyfrowymi wyjściami 2x DVI-D oraz 1x 3G-SDI oraz bez wyjścia wideo standard S-video i Composite?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6 (dot. załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 4)
Czy Zamawiający dopuści procesor obrazu z dwoma wyjściami DVI-D (HDTV1080) bez wyjść HD-SDI?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 7 (dot. załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 6)
Dotyczy załącznika nr 3a do SIWZ (właściwości techniczno – użytkowe), zestaw endoskopowy, punkt 6, Procesor obrazu: Czy w ramach wymogu komunikatów procesora wyświetlanego w pełni w języku polskim, Zamawiający będzie wymagał wyświetlania polskich znaków diakrytycznych (ą,ę,ć,ł,ń,ó,ż,ź) oraz możliwości ich wprowadzania podczas wpisywania danych pacjenta?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8 (dot. załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 8)
Dot. pkt 8 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie procesora obrazu bez systemu wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchamiania zapisu obrazów?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9 (dot. załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 9)
Dot. pkt 9 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie procesora obrazu bez trybów przesłony?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10 (dot. załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 11)
Dot. pkt 11 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie procesora obrazu bez możliwości uwydatnienia krawędzi obrazu również po jego zatrzymaniu? Funkcja ta dostępna jest w programie do dokumentacji badań, oferowanym w zestawie.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11 (dot. załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 18)
Czy Zamawiający wymaga aby w oferowanym zestawie endoskopowym był również insuflator CO2? Czy tylko możliwość podłączenia insuflatora do systemu endoskopowego?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania insuflatora CO2, w przypadku, gdy będzie on zintegrowany ze źródłem światła Wykonawca otrzyma 10 pkt, gdy insuflator stanowi oddzielne urządzenie Wykonawca otrzyma 0 pkt.

Pytanie 12 (dot. załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 18)
Dotyczy załącznika nr 3a do SIWZ (właściwości techniczno – użytkowe), zestaw endoskopowy, punkt 18: Czy Zamawiający w punkcie 18 dopuści rozwiązanie: wysokiej jakości insuflator CO2, jako oddzielne urządzenie stojące na wózku endoskopowym?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania insuflatora CO2, w przypadku, gdy będzie on zintegrowany ze źródłem światła Wykonawca otrzyma 10 pkt, gdy insuflator stanowi oddzielne urządzenie Wykonawca otrzyma 0 pkt., w związku z powyższym Zamawiający zgodnie z SIWZ dopuszcza zaoferowanie insuflatora CO2 jako oddzielnego urządzenia.

Pytanie 13 (dot. załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 21)
Dot. pkt 21 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gastroskopu z obrazowaniem innym niż standard HDTV1080? Obrazowanie w oparciu o procesor 1080p FullHD.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie gastroskopu z obrazowaniem w standardzie HDTV1080 lub wyższym.

Pytanie 14 (dot. załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 23)
Czy Zamawiający dopuści wideogastroskop o średnicy 9,8 mm wyposażony dodatkowo w kanał irygacyjny water-jet?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15 (dot. załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 23)
Dot. pkt 23 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gastroskopu o grubości sondy 9,3 mm?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16 (dot. załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 23)
Czy zamawiający dopuści grubość całej sondy endoskopowej max. 9,3 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17 (dot. załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 25)
Czy Zamawiający dopuści wideogastroskop o głębi ostrości 4-100 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 18 (dot. załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 25)
Czy Zamawiający dopuści głębie ostrości w zakresie 3-100 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19 (dot. załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 28)
Czy zamawiający dopuści 3 przyciski programowalne na głowicy endoskopu oraz 1 na panelu procesora (to razem daje 4 przyciski programowalne) ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20 (dot. załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 28)
Dot. pkt 28 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gastroskopu z trzema przyciskami podwójnie programowalnymi do sterowania funkcjami procesora (możliwość przypisania 6 funkcji)?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21 (dot. załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 30)
Czy Zamawiający dopuści aparat w pełni szczelny, zanurzalny z nakładka zabezpieczającą styki elektryczne?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 22 (dot. załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 30)
Czy Zamawiający dopuści aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przed działaniem środków dezynfekcyjnych?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 23 (dot. załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 30)
Dot. pkt 30 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gastroskopu w pełni zanurzalnego z mechanicznym zabezpieczeniem?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24 (dot. załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 33)
Dot. pkt 33 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kolonoskopu z obrazowaniem innym niż standard HDTV1080? Obrazowanie w oparciu o procesor 1080p FullHD.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolonoskopu z obrazowaniem w standardzie HDTV1080 lub wyższym.

Pytanie 25 (dot. załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 35, 36, 37)
Czy Zamawiający dopuści wideokolonoskop o grubości sondy endoskopowej i końcówki sony endoskopowej 13,2 mm za to z kanałem roboczym o średnicy 4,2 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 26 (dot. załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 37)
Czy Zamawiający dopuści wideokolonoskop o znacznie większej średnicy kanału roboczego tj. 4,2 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27 (dot. załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 38)
Czy Zamawiający dopuści wideokolonoskop o głębi ostrości 3-100 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 28 (dot. załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 38)
Czy Zamawiający dopuści głębie ostrości w zakresie 3-100 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 29 (dot. załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 42)
Dot. pkt 42 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kolonoskopu z trzema przyciskami podwójnie programowalnymi do sterowania funkcjami procesora (możliwość przypisania 6 funkcji)?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 30 (dot. załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 42)
Czy zamawiający dopuści 3 przyciski programowalne na głowicy endoskopu oraz 1 na panelu procesora (to razem daje 4 przyciski programowalne) ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 31 (dot. załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 44)
Czy Zamawiający dopuści wideokolonoskop o długości sondy roboczej 1500 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 32 (dot. załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 45)
Dot. pkt 45 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kolonoskopu w pełni zanurzalnego z mechanicznym zabezpieczeniem?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 33 (dot. załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 55)
Dot. pkt 55 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy płuczącej bez funkcji „trybu gotowości”?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 34 (dot. załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 56)
Dot. pkt 56 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy płuczącej bez funkcji zabezpieczającej przed nadmiernym podawaniem płynu podczas zabiegu?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 35 (dot. załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 56)
Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym użytkownik decyduje o czasie spłukiwania (podawania wody) poprzez naciśnięcie bądź zwolnienie przycisku nożnego?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 36 (dot. załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 57)

Dot. pkt 57 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy płuczącej z 10 stopniami regulacji mocy przepływu?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 37 (dot. załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 58)
Dot. pkt 58 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy płuczącej z przepływami cieczy: przy śr. drenu 1.6 mm do 135 ml/min; przy śr. drenu 3.2 mm do 410 ml/min; przy śr. drenu 8 mm do 1900 ml/min?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 38 (dot. załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 58)
Czy Zamawiający dopuści pompę płuczącą, której przepływ określa producent w zależności od zastosowanych średnic drenów tj. Ø1,6 mm przepływ do 135 ml/min, Ø3,2mm przepływ do 410 ml/min.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 39 (dot. załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 60)
Czy Zamawiający dopuści koszyk na zbiornik z wodą zintegrowany z pompa zamiast koryta?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 40 (dot. załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 60)
Dot. pkt 60 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy płuczącej z uchwytem na zbiornik z wodą zintegrowanym z pompą?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 41 (dot. załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 65)
Dot. pkt 65 – Czy Zamawiający wymaga zaoferowania monitora o przekątnej 27 cali?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 42 (dot. załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 65)
Dot. pkt 65 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie monitora o przekątnej 23,6 cala?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 43 (dot. załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 68)
Dot. pkt 68 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie monitora o jasności 240 cd/m2?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 44 (dot. załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 69)
Dot. pkt 69 – Czy Zamawiający wymaga zaoferowania monitora o kontraście 3000:1?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 45 (dot. załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 71)
Czy Zamawiający dopuści monitor z matrycą 16,7 mln kolorów?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 46 (dot. załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 75)
Dot. pkt 75 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka z blokadą 2 kół?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 47 (dot. załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 75)
Dotyczy załącznika nr 3a do SIWZ (właściwości techniczno – użytkowe), zestaw endoskopowy, punkt 75: Czy Zamawiający w punkcie 75 dopuści zapis: Podstawa jezdna z blokadą 2 kół, - 4 podwójne koła skrętne na każdej krawędzi wózka?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 48 (dot. załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 77)
Dot. pkt 77 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka z listwą zasilającą z sześcioma gniazdami?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 49 (dot. załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 79)
Dotyczy załącznika nr 3a do SIWZ (właściwości techniczno – użytkowe), zestaw endoskopowy, punkt 79: Czy Zamawiający w punkcie 79 dopuści zapis: Wieszak na endoskopy z możliwością regulacji wysokości?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 50 (dot. załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 81)
Dotyczy załącznika nr 3a do SIWZ (właściwości techniczno – użytkowe), zestaw endoskopowy, punkt 81: Czy Zamawiający w punkcie 81 dopuści zapis: Waga wózka max. 80 kg?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 51 (dot. załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 82)
Dot. pkt 82 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka bez wysuwanej szuflady na klawiaturę? Klawiatura znajdować się będzie na przeznaczonej dla niej półce.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 52 (dot. załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 83)
Dotyczy załącznika nr 3a do SIWZ (właściwości techniczno – użytkowe), zestaw endoskopowy, punkt 83: Czy Zamawiający w punkcie 83 dopuści rozwiązanie: Wózek endoskopy bez szuflady na akcesoria, wyposażony w specjalnie wyprofilowana półkę, stanowiąca miejsce na akcesoria endoskopowe. Półka w łatwy sposób się demontuję co bardzo ułatwia jej mycie podczas codziennej pracy w pracowni endoskopowej?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 53 (dot. załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 84)
Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany system do archiwizacji badań endoskopowych był otwarty i nie ograniczał możliwości podłączenia w przyszłości tylko systemu endoskopowego oferenta, który wygra obecne postepowanie przetargowe na zakup zestawu endoskopowego?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 54 (dot. załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 86)
Dotyczy załącznika nr 3a do SIWZ (właściwości techniczno – użytkowe), zestaw endoskopowy, punkt 86: Czy Zamawiający w punkcie 86 dopuści rozwiązanie: Możliwość pracy w wersji dwustanowiskowej – w sytuacji, gdy zabiegi endoskopowe nie odbywają się jednocześnie. Oferowany system archiwizacji daje możliwość pracy w wersji dwustanowiskowej przy zakupie dodatkowej karty przechwytującej obraz z drugiego procesora. Dopuszczenie takiego rozwiązania na tym etapie znacząco wpłynie na obniżenie wartości oferty.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 55 (dot. załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 90)
Dotyczy załącznika nr 3a do SIWZ (właściwości techniczno – użytkowe), zestaw endoskopowy, punkt 90: Czy Zamawiający w punkcie 90 dopuści rozwiązanie: Analiza zdjęć oraz ich archiwizacja wraz z bazą danych pacjentów?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ

Pytanie 56
Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział III, punkt 3 i 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sprzętu / asortymentu (np. system do archiwizacji badań, wyposażenie wózka), który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 57
Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział III, punkt 3 i 4 oraz rozdział VI, punkt 2, podpunkt 1)a): Czy w przypadku zaoferowania produktu, który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, Zamawiający nie będzie wymagał dokumentów wymienionych w SIWZ – rozdział III, punkt 3 i 4 oraz rozdział VI, punkt 2, podpunkt 1)a)?
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 58
Dotyczy załącznika do SIWZ (Formularz cenowy), pakiet nr 1: Czy w przypadku zaoferowania produktów z różnymi stawkami podatku VAT (8% i 23%) – Zamawiający wyrazi zgodę na stosowną modyfikację formularza asortymentowo–cenowego poprzez dodanie kolejnego wiersza np. 1a i wycenienie wyrobów zawierających 23% stawkę podatku VAT?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

PYTANIA DOTYCZĄCE GŁÓWNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY

Pytanie 59
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie została wobec niego wszczęta likwidacja oraz nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.

Pytanie 60
Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ (główne postanowienia umowy), paragraf 5, ustęp 4 oraz paragraf 6, ustęp 4 oraz paragraf 9, ustęp 1, podpunkt b): Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku dostawy sprzętu zastępczego – Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 61
Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ (główne postanowienia umowy), paragraf 6, ustęp 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do ustępu 4 następującego zdania „(…) ale nie więcej niż 20% wartości umowy”?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 62
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący:
"Nieusunięcie przez Wykonawcę wad w określonym w karcie gwarancyjnej terminie uprawnia Zamawiającego do powierzenia ich usunięcia osobom trzecim posiadającym AUTORYZACJĘ PRODUCENTA, na koszt Wykonawcy bez utraty uprawnień wynikających z rękojmi czy gwarancji, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wady i wyznaczenia terminu do wykonania naprawy lub wymiany. W takim przypadku, niezależnie od pokrycia kosztów usunięcia wad, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5%

wynagrodzenia brutto wadliwego przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty kary."
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 63
Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ (główne postanowienia umowy), paragraf 6, ustęp 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,5% wartości brutto wadliwego przedmiotu umowy?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 64
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący:
„Wszelkie naprawy gwarancyjne trwające powyżej 5 dni roboczych skutkują przedłużeniem okresu gwarancyjnego o czas napraw i odpowiednio wydłużają okres rękojmi”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 65
Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ (główne postanowienia umowy), paragraf 9, ustęp 1, podpunkt a): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do ustępu 1, podpunkt a) następującego zdania „(…) ale nie więcej niż 20% wartości umowy”?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 66
Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ (główne postanowienia umowy), paragraf 9, ustęp 1, podpunkt b): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do ustępu 1, podpunkt b) następującego zdania „(…) ale nie więcej niż 20% wartości umowy”?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 67
Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ (główne postanowienia umowy), paragraf 9, ustęp 1, podpunkt c): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do ustępu 1, podpunkt c) następującego zdania „(…) ale nie więcej niż 20% wartości umowy”?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 68
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,3 % na 0,1%?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 69
Dotyczy warunków umowy § 9 ust. 1b i 1c)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,1 % na 0,05%?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 70
Dotyczy warunków umowy § 9 ust. 1d) oraz ust. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10 % na 5%?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 71
Dotyczy warunków umowy § 9 ust 1b) oraz zapisów karty gwarancyjnej – Załącznik nr 7, punkt 3.7

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od naliczania kary umownej w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się naprawy?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 72
Dotyczy warunków umowy § 12
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o następującą zmianę istniejącego zapisu:
„W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wykonawca nie będzie mógł przenieś wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakikolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelności nie będzie mogła być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytowej, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego z osoba trzecią o wstąpienie w prawa wierzyciela (art. 518 KC), ani dokonywać żadnej innej czynności prawnej rodzącej takie skutki, zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić."
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

PYTANIA DOTYCZĄCE Wzoru karty gwarancyjnej

Pytanie 73
Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ (karta gwarancyjna), punkt 3, podpunkt 5), pozycja a): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby czas przystąpienia do naprawy był liczony w dniach roboczych?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 74
Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ (karta gwarancyjna), punkt 3, podpunkt 5), pozycja d): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu pozycji d) na zapis następującej treści: „wymiany urządzenia na nowe po maksymalnie 3 naprawach gwarancyjnych tego samego podzespołu"?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 75
Dotyczy zapisów karty gwarancyjnej – Załącznik nr 7, punkt 3.5 d)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący:
„wymiany wadliwego podzespołu/części urządzenia na nowe po maksymalnie 3 naprawach tego samego istotnego podzespołu/części urządzenia"
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 76
Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ (karta gwarancyjna), punkt 3, podpunkt 8): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin, o którym mowa w podpunkcie 8 był liczony w dniach roboczych?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 77
Dotyczy zapisów karty gwarancyjnej – Załącznik nr 7, punkt 3.5 b)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie okresu na usunięcie zgłoszonych wad z 5 na 7 dni roboczych od momentu dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu (w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy), a w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy, w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od momentu dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu (w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy)?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Dyrektor
SPW ZOZ MSWiA w Bydgoszczy

dr n. med. Marek Lewandowski
/podpis na oryginale/

Wykonano w 1 egz., umieszczono na stronie internetowej