



Samodzielny Publiczny
Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy
ul. Ks. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz
tel. centrala 52 / 58-26-200, sekretariat 52 / 58-26-205, fax: 52 / 58-26-209
e-mail: sekretariat@szpitalmsw.bydgoszcz.pl
NIP: 554-22-01-453, REGON: 092325348, ISO 9001:2000
Konto: 53 1130 1075 0002 6035 9320 0007 BGK



Bydgoszcz, dnia 09 czerwca 2022 r.

Znak sprawy: **06/2022**

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, w tym: wyroby medyczne do higieny, wyroby do endoskopii i endochirurgii, elektrody, cewniki, dreny, igły, strzykawki, zestawy do znieczulania, rurki intubacyjne i tracheostomijne, kaniule, klipy, wzierniki, końcówka noża harmonicznego, próżnościąg położniczy, zestaw do infuzji, trokary, fartuchy, serwety, pościel z włókniny, filtry oddechowe, maski, rękawiczki, strzygarki i. in..** Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr **2022/S 100-276265** z dnia 24 maja 2022 r., stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-msw.bydgoszcz.pl.

ZAWIADOMIENIE

W związku ze złożonymi pytaniami, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień.

Zamawiający informuję, że w Zawiadomieniu o pytaniach i odpowiedziach z dnia 09.06.2022 r., błędnie odpowiedział na pyt nr 144, 147, 149 oraz 150. W związku z powyższym poniżej pytania wraz z prawidłowymi odpowiedziami.

Pytanie 144 (dot. Pakiet nr 22 poz. 15-18)

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z nierozszerzoną skalą pomiarową?

Odpowiedź:

Prawidłowa odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 147 (dot. Pakiet nr 22, poz. 19)

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę bez możliwości schowania igły w cylindrze, w zamian za to igła dołączana do strzykawki z możliwością jej zdjęcia?

Odpowiedź:

Prawidłowa odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 149 (dot. Pakiet nr 22 poz. 19)

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby strzykawka posiadała mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz łamany tłok zabezpieczający przed ponownym użyciem?

Odpowiedź:

Prawidłowa odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 150 (dot. Pakiet nr 22 poz. 19)

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu: „Strzykawka posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze po użyciu, łamany tłok zabezpiecza przed ponownym użyciem, czytelna i trwała czarna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, nazwa własna umieszczona na cylindrze lub logo producenta, sterylizowane EO, informacja o braku lateksu na opakowaniu jednostkowym, pakowane pojedynczo w blister.”

Odpowiedź:

Prawidłowa odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

W związku z wyżej opisanymi zmianami modyfikacji uległa treść SWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż Wykonawcy pragnący złożyć ofertę w toczącym się postępowaniu są zobligowani do złożenia oferty przygotowanej w oparciu o zmodyfikowaną treść SWZ wraz z załącznikami.

Dyrektor
SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy

dr n. med. Marek Lewandowski
/podpis na oryginale/

Wykonano w 1 egz., umieszczono na stronie internetowej